RiJe Inc.

Mode d'emploi du gobelet RiJe

Modèles CO01/CL01

Utilisation recommandée:

- Pour les patients qui éprouvent de la difficulté à avaler, qui ont peu de mobilité au niveau du cou, de la tête et des bras ou qui doivent absorber des doses de liquide préalablement déterminées.

Caractéristiques:

- Délivre des portions de liquide qui peuvent être ajustées de 3 ml à 15 ml.
- Capacité maximale de 250 ml.
- L'indicateur de réglage a deux échelles de mesure: ml et cuillérée à café.
- Permet de boire directement depuis le bord du gobelet, à l'aide d'une paille ou d'un bec verseur.*
- Découpe nasale de grande taille.
- Les poignées intégrées offre une bonne prise.
- Anti- déversement et stable.
- va au lave-vaisselle.

Précautions et avertissements:

- Les instructions doivent être lues avant l'utilisation.
- Le gobelet RiJe est conçu pour être utilisé avec des liquides ayant la même consistance que l'eau ou avec des liquides épaissis, comme du nectar. Les boissons gazeuses ou les liquides épaissis ayant la consistance du miel vous empêcheront d'obtenir un dosage précis avec le gobelet RiJe.
- N'utilisez pas le gobelet RiJe pour faire bouillir des liquides dans un four à micro-ondes.
- Tenez le gobelet RiJe à l'envers lorsque vous l'ouvrez.

Pièces:

Fig 1.



A – Poignées
B - Base avec 2 joints toriques
C – Gobelet supérieur
D – Couvercle avec bec verseur *
E – Indicateur de réglage à deux échelles de mesure: ml et cuillérée à café
F – Bouchon rotatif

Assemblage:

Le gobelet RiJe est fourni partiellement assemblé: les pièces B, C, D et F sont assemblées.
Pour fixer les poignées A, retirez le couvercle D* et le gobelet supérieur C de la base B.
Pour assembler complètement le gobelet RiJe après l'avoir lavé, suivez les étapes illustrées ci-dessous, de la figure 2 à la figure 8.

Fig. 2
Fixez les poignées A à la base B.



Fig. 3
Insérez le bouchon rotatif F dans un manchon du gobelet supérieur C.





Fig. 4
Réglez la portion désirée : insérez l'indicateur de réglage E dans le manchon du gobelet supérieur C et tournez le bouchon rotatif F.

Pour obtenir la portion désirée, alignez la ligne de graduation de l'indicateur de réglage E avec le bord du manchon.

Fig. 5
Versez le liquide dans le gobelet supérieur C.



Fig. 6
Placez la base B sur le gobelet supérieur C. Assurez-vous que les joints toriques sont dans les rainures de la base B.





Fig. 7
Pour fermer le gobelet, tournez la base B contre le gobelet supérieur C. Assurez-vous que les fixations des poignées A sont ajustées sous les fixations du gobelet supérieur C, tel qu'illustré sur la figure 7.

Fig. 8
Placez le gobelet RiJe en position verticale.
Si vous avez besoin d'utiliser le couvercle avec bec verseur, mettez le couvercle D* sur le gobelet supérieur C.



Fig. 9
Le gobelet RiJe fournit des portions liquides lorsqu'il est en position verticale.



Correct drinking options:

Fig. 10
À partir du gobelet ouvert.

Fig.11
Avec le couvercle avec bec verseur*.

Fig.12
Une paille normale est placée dans le gobelet ouvert.

Fig. 13
Une paille normale est insérée dans le trou du couvercle D*.

Incorrect drinking position:

Fig. 14
Le fait de boire à la paille dans un gobelet RiJe en position verticale entraînera un débit limité au lieu d'un dosage fixe.

Lorsque vous buvez, inclinez toujours légèrement le gobelet afin d'assurer un dosage précis.

After each sip, place the cup in an upright position (as shown on Fig. 9) to allow next portion to be allocated.

* Only Model CL01 is available with Lid D with a spout.

RiJe Inc., POBox 53124, Thornhill ON L3T 3C3, Canada
www.rije.ca · e-mail: info@rije.ca · Phone: 1-866-357-4551

Patent Pending: PTC/CA2008/001682, PTC/CA2011/000970

Made in Canada